

Assunto **ESCLARECIMENTO, PP 064/2022**  
De Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>  
Para licitacao@fortunademinas.mg.gov.br  
<licitacao@fortunademinas.mg.gov.br>  
Cópia Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>, Fernanda  
Rezende <frezende@prolife.com.br>  
Data 2022-11-23 17:34



Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,  
**Ref.: PP 064/2022 – ITEM 63: “CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR”**

Para confirmação, o equipamento deve acompanhar caixa de transporte?

Ainda, é solicitado: “INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 0 A 250 BPM”. Desta forma, questionamos, serão aceitas tecnologias que possuem faixa de frequência cardíaca de 15 a 350 bpm?

Aguardo retorno,  
Atenciosamente,



**Bruna Padovan Marcondes dos Santos**  
Trainee - Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.  
Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini  
37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil  
Tel.:0800 606 4698  
[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.